Røntgen hypopharynx og oesophagus



Gjennomlysningen settes på pulset, gjerne høy pulsfrekvens for å studere peristaltikken

Eksponering gir best bilder, men man kan redusere stråledosen betraktelig ved bare å bruke gjennomlysning og holde inne "capture"-knappen under svelging. Gjennomlysningen bør da stilles inn med høyere rørstrøm for å få bedre bildekvalitet.

A. Hypopharynx

1. Innstiller eksponering 4 bilder per sekund
2. Pasienten tar en skje kontrast i munnen men skal ikke svelge før vi gir beskjed
3. **Bildeserie 1:** Side (fra kjevevinkelen og nedover)
4. **Bildeserie 2:** Front

B. Oesophagus

1. Innstiller eksponering 2-3 ganger per sekund
2. Orienterende gjennomlysning
3. Stående pasient 45º skrått mot stråleretningen
4. Blend inn og sentrer omkring oesophagus
5. En skje tyktflytende bariumkontrast (ikke svelge før beskjed)
6. **Bildeserie 1:** 45º skrå venstre, kontrasten følges til ventrikkelen
7. En skje kontrast
8. **Bildeserie 2:** 45º skrå høyre, kontrasten følges til ventrikkelen
9. En skje kontrast
10. Instiller eksponering 1-2 ganger per sekund
11. **Bildeserie 3:** Front overgang til ventrikkel

S Weum 03.06.04